

中药学院对药科楼 C1 栋一楼及 B1 栋部分科研实验室 开展安全检查

按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184 号）的要求，12 月 14 日下午，詹若挺院长、邓劲松书记带领平台管理办人员前往药科楼 C1 栋一楼和 B1 栋部分资源学部科研实验室逐一进行安全检查。

本次检查发现药科楼 C1 栋一楼实验室卫生环境管理方面良好，实验室值日制度落实到位；公共气瓶室气瓶标识清晰、PI 细胞室（C114）设备物品摆放标记规范有序；研究生工作室整体有较大改善。但仍存在使用烘箱等发热设备未按要求登记、使用精酒灯的超净台未配置灭火毯消防设置等安全问题，B1 栋部分资源学部科研实验室环境相对杂乱，存在实验室与学生办公室混杂在一起的现象。

针对上述检查中发现的问题，学院领导已当场电话知会相关实验负责人立行完成整改，加强实验室安全管理。学院领导班子成员将按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184 号）的要求，定期对学院全部实验室进行安全巡查，对发现问题的将及时通知整改，对存在安全隐患但不整改或整改不到位的实验室，学院将按规定给予通报批评，并按学校规定对相关负责老师和研究生进行约谈，并将约谈记录上报学校有关部门。



现场检查药科楼 C1 栋一楼和 B1 栋部分资源学部科研实验室