

# 中药学院对药科楼药理学部及药剂学部分科研 实验室开展安全检查

按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184号）的要求，3月30日下午，詹若挺院长、邓劲松书记带领平台管理办人员前往药科楼药理学部及药剂学部部分科研实验室逐一进行安全检查。

本次检查的药剂学部实验室相对上周安全巡查情况较好，大多实验室仪器设备有使用记录本并及时登记，特别是C325、C326实验管理规范，规章制度“上墙”，且实验室有定时内部安检并曝光违章行为、对违规人员处罚检讨，值得各团队参考借鉴。药科楼C1栋二楼药理与方药学部实验部分团队实验室文化氛围较好，大部分实验室也及时更新了值日表等。

本次检查存在以下问题：（1）个别公共仪器室管理欠佳，设备无人使用时一直通电，使用设备不登记；（2）一些实验室存在泡沫箱、纸箱等杂物堆积现象；（3）部分实验室冰箱、试剂柜未张贴存放物品清单；（4）酒精灯旁未配置消防设备等存在安全隐患情况。

针对上述检查中发现的问题，学院领导已当场电话知会相关实验负责人立行完成整改，加强实验室安全管理。学院领导班子成员将按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184号）的要求，定期对学院全部实验室进行安全巡查，对发现问题的将及时通知整改，对存在安全隐患但不整改或整改不到位的实验室，学院将按规定给予通报批评，并按学校规定对相关负责老师和研究生进行约谈，并将约谈记录上报学校有关部门。

附表：

药科楼药理学部及药剂学部部分科研实验室检查记录表

实验室	2022年3月30日安全检查存在问题
C204	1.泡沫箱、纸箱等杂物堆积有安全隐患。 2.酒精灯旁未配置灭火毯等消防设备。 3.设备未配备使用登记本。 4.实验室天顶发霉严重（学院将安排维护）。 <b>要求：立行整改</b>
C206	1.新启用的冰箱未张贴试剂清单。 2.培养箱等设备运行使用中未及时登记。 <b>要求：立行整改</b>
C207	1.泡沫箱等杂物堆积。 2.插座放置于地板上，有安全隐患。 3.烘箱运行中未及时登记。 <b>要求：立行整改</b>
C210	一些等待报废设备如电炉未无待报废标识。 <b>要求：立行整改</b>
C323-1	培养箱运行中未及时登记。 <b>要求：立行整改</b>
C324	1.一试剂柜门上缺清单标识。 2.液相设备无使用记录本。 <b>要求：立行整改</b>
C327 仪器室	1.仪器无使用记录本，并长时间处于待机状态。 2.纸箱堆积未清理。 <b>要求：立行整改</b>